

EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO Odontológico

Aparelho de Raio x – modelo SPECTRO 70X- ELETRONIC

Classe I, tipo B comum

Operação intermitente

Tensão nominal 127v, faixa de tensão 105 a 135v, resistência aparente rede elétrica 0,17 Ohms

Facilitação faixa de tensão +/- 3v

Corrente de entrada 7,5a

Frequência 40/60hz

Potencia 1,2kva

Potencia stadby 0,028kvo

Fusível 15ª

Desligador de sobre corrente

MARCA DABI ATLANTE nº de série 004764